



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão nº 43/2025**, Processo Administrativo nº **73/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA N 13152474000123004 DO MINISTERIO DA SAUDE EMENDA PARLAMENTAR, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MOEDAMG ITENS FRACASSADOS PE 0152025.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 33.813.237/0001-40 equiparpr@hotmail.com - (43) 98447-0468	532,40	479,00	53,40 Proveito (10,03%)
VS COSTA E CIA LTDA - 05.286.960/0001-83 licitacao@grupovscosta.com.br - (43) 3252-7897	3.672,42	2.800,00	872,42 Proveito (23,76%)
Totais	4.204,82	3.279,00	925,82 Proveito (22,02%)

Detalhes

DÉCIO VANDERLEI DOS SANTOS na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: VS COSTA E CIA LTDA - **CPF/CNPJ:** 05.286.960/0001-83

Lote 4

Data/Hora da Homologação - 03/10/2025 12:59:34

TENS e FES- ALIMENTACAO BIVOLT 110240V~ 60 Hz; POTENCIA DE ENTRADA-CONSUMO MAX.: -20va ; CANAIS DE SAIDA: 4 CANAIS INDEPENDENTE EM AMPLITUDE ;Intensidade de corrente maxima por canal com carga resistiva de 1000 ohms quando R 250 Hz e T 500 useg;- Modo TENS normal: 120 mA pico a pico por canal e modo FES sync: 120 mA pico a pico por canal. Faixa de Frequencia de RepetiCao de Pulso R para TENS e FES:- Variavel de no minimo 0,5 a 250Hz; ON Time FES:- Variavel de 1 a 60 segundos; OFF Time FES:- Variavel de 1 a 60 segundos; - Com os seguintes acessorios: 01 Manual de instrucoes. - 08 Eletrodos de borracha de silicone 50 x 50 mm. - 08 Eletrodos de borracha de silicone 30 x 50 mm. - 04 Cabos de conexao ao paciente laranja - canal 1, preto - canal 2, azul - canal 3 e verde - canal 4. - 01 Cabo de forCa destacavel. - 01 Tubo de gel. - 01 Fusivel de protecao sobressalente. Com registro na ANVISA.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

TENS e FES- ALIMENTACAO BIVOLT 110240V~ 60 Hz; POTENCIA DE ENTRADA-CONSUMO MAX.: -20va ; CANAIS DE SAIDA: 4 CANAIS INDEPENDENTE EM AMPLITUDE ; Intensidade de corrente maxima por canal com carga resistiva de 1000 ohms quando R 250 Hz e T 500 useg;- Modo TENS normal: 120 mA pico a pico por canal e modo FES sync: 120 mA pico a pico por canal. Faixa de Frequncia de RepetiCao de Pulso R para TENS e FES:- Variavel de no minimo 0,5 a 250Hz; ON Time FES:- Variavel de 1 a 60 segundos; OFF Time FES:- Variavel de 1 a 60 segundos; - Com os seguintes acessorios: 01 Manual de instrucoes. - 08 Eletrodos de borracha de silicone 50 x 50 mm. - 08 Eletrodos de borracha de silicone 30 x 50 mm. - 04 Cabos de conexao ao paciente laranja - canal 1, preto - canal 2, azul - canal 3 e verde - canal 4. - 01 Cabo de forCa destacavel. - 01 Tubo de gel. - 01 Fusivel de protecao sobressalente. Com registro na ANVISA.					2,00	unidade	1.400,00	2.800,00
Marca: NEURODYN II 34 CANAIS - IBRAMED		Fabricante: NEURODYN II 34 CANAIS - IBRAMED		Modelo: NEURODYN II 34 CANAIS - IBRAMED				
proposta_1_12624765.pdf			Inserido em: 12/09/2025 11:44					

Fornecedor: EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CPF/CNPJ: 33.813.237/0001-40				
Lote 2		Data/Hora da Homologação - 03/10/2025 12:59:27		
ESCADA DIGITA EM MADEIRA PARA REABILITACAO. Caracteristica Fisica Especificacao APLICACAO MEMBROS SUPERIORES OMBROS e DEDOS.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESCADA DIGITA EM MADEIRA PARA REABILITACAO. Caracteristica Fisica Especificacao APLICACAO MEMBROS SUPERIORES OMBROS e DEDOS.	2,00	unidade	190,00	380,00
Marca: ZILMOVEIS		Fabricante: ZILMOVEIS		Modelo: 2015
Zilmoveis_Catalogo_CORRIGIDO (1)-7 (1).pdf			Inserido em: 12/09/2025 09:21	
Lote 3		Data/Hora da Homologação - 03/10/2025 12:59:30		
LANTERNA CLINICA- FONTE DE LUZ: LED DE ALTA INTENSIDADE - INTESIDADE LUMINOSA AJUSTAVEL. Foco ajustavel para iluminaCao precisa - Corpo leve e ergonomico - Bateria recarregavel. Especificacoes tecnicas: Potencia: 30W - Tensao: 3,7V bateria - Temperatura de cor: 5600K - Luz util: 20.000 horas - Dimensoes: 180x80x40mm - Peso: 200g. Acessorios incluidos: Carregador USB - Bateria recarregavel - Manual de instrucoes.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LANTERNA CLINICA- FONTE DE LUZ: LED DE ALTA INTENSIDADE - INTESIDADE LUMINOSA AJUSTAVEL. Foco ajustavel para iluminaCao precisa - Corpo leve e ergonomico - Bateria recarregavel. Especificacoes tecnicas: Potencia: 30W - Tensao: 3,7V bateria - Temperatura de cor: 5600K - Luz util: 20.000 horas - Dimensoes: 180x80x40mm - Peso: 200g. Acessorios incluidos: Carregador USB - Bateria recarregavel - Manual de instrucoes.	1,00	unidade	99,00	99,00
Marca: BIOLAND		Fabricante: BIOLAND		Modelo: LT44
Lanterna-LT200-Preta-05.23.pdf			Inserido em: 12/09/2025 09:21	

Moeda, 03 de Outubro de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Autoridade Competente: DÉCIO VANDERLEI DOS SANTOS