



MUNICIPIO DE MOEDA

ATA

Nº ATA: 0056 Data Ass.: 23/04/2026 Vigência: 23/04/2026 até 23/04/2027

FORNECEDOR VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI CNPJ: 08.380.296/0001-25

ENDEREÇO AVENIDA R CACONDE, 968, Bairro: RENASCENCA,BELO HORIZONTE - MG /Tel.:

Nº 31 - 16 / 2026 Modalidade Pregão Eletrônico (14.133 Valor R\$ 51.996,00

OBJ: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMARA REFRIGERADA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS E IMUNOBIOLOGICOS, DESTINADA A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA, GARANTINDO O ADEQUADO ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS TERMOLÁBEIS EM CONDIÇÕES CONTROLADAS DE TEMPERATURA.

Descrição do Material/Serviço	UND	Qtde	Vlr.	Subtotal
22817 - Câmara refrigerada para conservação de vacinas e imunobiológicos, do tipo vertical, com formato interno e externo retangular, capacidade mínima de 340 litros, destinada ao armazenamento de produtos termolábeis, operando na faixa de temperatura de +2°C a +8°C, com controle automático por sistema eletrônico microprocessado e circulação de ar forçado, garantindo uniformidade térmica interna comprovada. Câmara interna construída em material resistente à corrosão, preferencialmente aço inoxidável, ou material de desempenho equivalente, que permita adequada assepsia. Gabinete externo em aço com pintura eletrostática de alta resistência e durabilidade, com isolamento térmico em poliuretano injetado ou tecnologia equivalente, garantindo estabilidade térmica e eficiência energética do equipamento. Porta em vidro duplo ou triplo, com tecnologia antiembaçante e sistema de vedação eficiente, permitindo visualização interna sem necessidade de abertura, contribuindo para a manutenção da temperatura ; Deve possuir, no mínimo, 05 gavetas ou prateleiras removíveis e ajustáveis, confeccionadas em material resistente e de fácil higienização, com sistema que garanta estabilidade durante o manuseio. Sistema de controle por meio de controlador eletrônico microprocessado, com display digital (LCD ou LED) no painel frontal, apresentando, no mínimo, temperatura atual, mínima e máxima registradas, com possibilidade de ajuste de parâmetros operacionais pelo usuário autorizado. Equipamento dotado de sistema de alarmes visuais e sonoros para, no mínimo, as seguintes condições: temperatura fora da faixa de operação, porta aberta e falha no fornecimento de energia elétrica, com sistema de silenciamento temporário. Deve possuir sistema de segurança com nobreak incorporado ou bateria interna, garantindo a manutenção do monitoramento e funcionamento dos alarmes em caso de interrupção do fornecimento de energia elétrica. Sistema de circulação interna de ar que assegure homogeneidade térmica em todo o volume útil do equipamento. Alimentação elétrica compatível com a rede nacional. Equipamento em conformidade com as normas vigentes da ANVISA, devendo possuir	unidade	4,0000	12.999,0000	51.996,00



MUNICIPIO DE MOEDA

ATA

registro ou cadastro quando aplicável, e garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação; ELBER

Valor Total: 51.996,00